



IQI
51

IQT
12

**Elevatore di soluzione
infusionale per terapia infusionale
ad elevazione manuale.**



- Indicato per Ambulatorio, Domicilio Paziente
- Altezza massima del supporto infusione: 2200 mm
- Portata massima del dispositivo: 4 Kg
- Supporto Infusioni a 4 ganci di sicurezza in Nylon ad **alta visibilità**
- Struttura verticale telescopica in Alluminio Anodizzato **Inossidabile**
- Basamento 5 razze in Nylon.

Efficacia
IQP 47,2


Sanificabilità
IQP 45



Usabilità
IQP 58,2

Versatilità
IQP 33,3

Compatibilità Sistemica
IQP 41,3

Compatibilità Ambientale
IQP 83,3



Proprietà del Dispositivo	Rif. Caratteristica Tecnico-Funzionale	Caratteristiche del Dispositivo						IQc	
Versatilità	6.2.1	Ambiente di destinazione	Domicilio	Ambulatorio Medico	Degenza	R. M.N.	Terapia Intensiva	Reparto Operatorio	33,33
			OK	OK					
Efficacia	6.1.2	Altezza massima del Supporto Soluzione Infusionale (Hsi Max) (+50 / -0)	2200			mm			77,74
Efficacia	6.1.1	Portata Massima (Soluzione Infusionale) (Kg)	Portata Max Dispositivo (M)	4	Portata singolo Gancio		1		16,67
Compatibilità Sistemica	6.5.5	Pompe Infusionali (Peso ammissibile)	fino a 1 Kg (Asta Strutturale)						10,00
Usabilità / Sanificabilità	6.3.1 6.4.1	Regolazione Altezza del Supporto Soluzione Infusionale	Manuale, con morsetto a frizione e vite di sicurezza						60,00
Sanificabilità	6.3.1	Supporto Soluzione Infusionale	Nylon 6.6						70,00
Usabilità	6.4.2		N°4 Ganci anti caduta accidentale delle Soluzioni						100,00
Usabilità	6.4.2		Resistenza meccanica singolo Gancio (Kg)			4			50,00
Usabilità	6.4.2		Elevata visibilità dei ganci del supporto infusioni (anti-contusione)						70,00
Usabilità	6.4.5		Ergonomia-Aggancio Soluzioni Infusionali (Metodo Niosh)	(Hsi Min) Altezza di carico Soluzione Infusionale = 1300 mm da terra					
Sanificabilità	6.3.2	Struttura verticale telescopica (Materiali / Tech. / Dimensioni)	Alluminio Anodizzato Inossidabile (Ø28 / Ø20) Morsetto S.A.F.E. Technology						80,00
Sanificabilità	6.3.2	Ergonomia-Basamento (Inciampo)	Nylon 6.6 Raccordo Non S.A.F.E. Technology						0,00
Usabilità	6.4.5		N°5 razze						70,00
Usabilità	6.4.4	Maneggevolezza del Dispositivo (al Max della Portata)	N°5 ruote gemellate Ø 50 mm		Elevata visibilità (anti-inciampo)				60,57
Sanificabilità	6.3.3	Vincoli a Terra							0,00
Sanificabilità	6.3.4	Procedura di sanificazione ammessa	Manuale/Nebulizzazione/Vapore						60,00
Compatibilità Sistemica	6.5.1	Dimensioni e geometrie [mm] Peso [Kg]	Ø 565 x 1356/2200H			2,5 Kg			67,96
Usabilità	6.4.5	Indice di stabilità (Rst Max) <small>(forza da applicare alla base del dispositivo per determinarne il ribaltamento)</small>	2,16			Kg			13,63
Usabilità	6.4.3	Dispositivo per discesa rallentata del Supporto Soluzione Infusionale	No						0,00
Compatibilità Sistemica	6.5.2	Dispositivi per: Conducibilità cariche elettrostatiche a Terra	NO						0,00
Compatibilità Sistemica	6.5.3	Insensibilità ai campi magnetici da RMN	NO						40,00
Compatibilità Sistemica	6.5.4	Colorazioni Disponibili, Identificazione, Design	Opzione disponibile						80,00
Compatibilità Ambientale	6.6	Resistenza al fuoco/ Latex free / Riciclabile	50%	100%	100%			83,33	
Compatibilità Sistemica	6.5.6	Accessori disponibili della serie HID-ACS.....	0-i-1-2-7-SQ-KD						50,00
Durata nel tempo	6.7	Opzione Garanzia (vedi conferma su offerta economica)	2		Anni				
		Dispositivo medico	Conformità 93/42 CEE / Classe 1						
Indicatori di Qualità della Proprietà (IQP)									
	6.1		Efficacia						47,2
	6.3		Sanificabilità						45,0
	6.4		Usabilità						58,2
	6.2		Versatilità						33,3
	6.5		Compatibilità Sistemica						41,3
	6.6		Compatibilità Ambientale						83,3
	(5 X (Efficacia+Sanificabilità+Usabilità) + 1 X (Versatilità,+Comp. Sist. +Comp.Ambientale) / 18		Indicatore di Qualità Intrinseca (IQI)						51
	6.7		Indicatore di QUALITA' INTRINSECA TOTALE nel TEMPO (IQT)						12