



IQI
54

IQT
13

**Elevatore di soluzione
infusionale per terapia infusionale
ad elevazione manuale.**

- Indicato per Reparto Pediatria Ambulatorio, Domicilio Paziente Pediatrico
- Altezza massima del supporto infusione: 2200 mm
- Portata massima del dispositivo: 4 Kg
- Supporto Infusioni a 4 ganci di sicurezza in Nylon ad **alta visibilità**
- Struttura verticale telescopica in Alluminio Anodizzato **Inossidabile**
- Basamento 5 razze in Nylon

Efficacia
IQP 47,2

Sanificabilità
IQP 51,7

Usabilità
IQP 58,3

Versatilità
IQP 50,0

Compatibilità Sistemica
IQP 44,7

Compatibilità Ambientale
IQP 83,3



Amenità per bambini

SA.F.E. Tech.



Applicabili
alla struttura
verticale
tramite clip



Proprietà del Dispositivo	Rif. Caratteristica Tecnico-Funzionale	Caratteristiche del Dispositivo							IQc
Versatilità	6.2.1	Ambiente di destinazione	Domicilio	Ambulatorio Medico	Degenza	R.M.N.	Terapia Intensiva	Reparto Operatorio	50,00
			OK	OK	OK				
Efficacia	6.1.2	Altezza massima del Supporto Soluzione Infusionale (Hsi Max) (+50 / -0)	2200			mm			77,74
Efficacia	6.1.1	Portata Massima (Soluzione Infusionale) (Kg)	Portata Max Dispositivo (M)	4	Portata singolo Gancio		1	16,67	
Compatibilità Sistemica	6.5.5	Pompe Infusionali (Peso ammissibile)	fino a 1 Kg (Asta Strutturale)						10,00
Usabilità / Sanificabilità	6.3.1 6.4.1	Regolazione Altezza del Supporto Soluzione Infusionale	Manuale, con morsetto a frizione e vite di sicurezza						60,00
Sanificabilità	6.3.1	Supporto Soluzione Infusionale	Nylon 6.6						70,00
Usabilità	6.4.2		N°4 Ganci anti caduta accidentale delle Soluzioni						100,00
Usabilità	6.4.2		Resistenza meccanica singolo Gancio (Kg)				4		50,00
Usabilità	6.4.2		Elevata visibilità dei ganci del supporto infusioni (anti-contusione)						70,00
Usabilità	6.4.5		Ergonomia-Aggancio Soluzioni Infusionali (Metodo Niosh)	(Hsi Min) Altezza di carico Soluzione Infusionale = 1300 mm da terra					
Sanificabilità	6.3.2	Struttura verticale telescopica (Materiali / Tech. / Dimensioni)	Alluminio Anodizzato Inossidabile (Ø28 / Ø20) Morsetto SA.F.E. Technology						80,00
Sanificabilità	6.3.2	Ergonomia-Basamento (Inciampo)	Nylon 6.6 Raccordo SA.F.E. Technology						40,00
Usabilità	6.4.5		N°5 razze						70,00
Usabilità	6.4.4	Maneggevolezza del Dispositivo (al Max della Portata)	N°5 ruote gemellate Ø 50 mm						60,71
Sanificabilità	6.3.3	Vincoli a Terra							0,00
Sanificabilità	6.3.4	Procedura di sanificazione ammessa	Manuale/Nebulizzazione/Vapore						60,00
Compatibilità Sistemica	6.5.1	Dimensioni e geometrie [mm] Peso [Kg]	Ø 565 x 1356/2200H			2,5 Kg			67,96
Usabilità	6.4.5	Indice di stabilità (Rst Max) <small>(forza da applicare alla base del dispositivo per determinarne il ribaltamento)</small>	2,16			Kg			13,63
Usabilità	6.4.3	Dispositivo per discesa rallentata del Supporto Soluzione Infusionale	No						0,00
Compatibilità Sistemica	6.5.2	Dispositivi per: Conducibilità cariche elettrostatiche a Terra	NO						0,00
Compatibilità Sistemica	6.5.3	Insensibilità ai campi magnetici da RMN	NO						40,00
Compatibilità Sistemica	6.5.4	Colorazioni Disponibili, Identificazione , Design	Opzione disponibile			Oggetti e Colori ameni applicabili: disponibili			100,00
Compatibilità Ambientale	6.6	Resistenza al fuoco/ Latex free / Riciclabile	50%	100%	100%				83,33
Compatibilità Sistemica	6.5.6	Accessori disponibili della serie HID-ACS.....	0-i-1-2-7-SQ-KD						50,00
Durata nel tempo	6.7	Opzione Garanzia (vedi conferma su offerta economica)	2			Anni			
		Dispositivo medico	Conformità 93/42 CEE / Classe 1 						
Indicatori di Qualità della Proprietà (IQP)									
	6.1		Efficacia						47,2
	6.3		Sanificabilità						51,7
	6.4		Usabilità						58,3
	6.2		Versatilità						50,0
	6.5		Compatibilità Sistemica						44,7
	6.6		Compatibilità Ambientale						83,3
	(5 x (Efficacia+Sanificabilità+Usabilità) + 1 x (Versatilità,+Comp. Sist. +Comp.Ambientale) / 18		Indicatore di Qualità Intrinseca (IQI)						54
	6.7		Indicatore di QUALITA' INTRINSECA TOTALE nel TEMPO (IQT)						13